

大仁科技大學 招標規格表

申請單位： 環境與職業安全衛生系

申請項目及數量： 四用氣體偵測器 8 台/數位振動測試儀 8 台

項 目 規 格				本校填寫
項次	項目	規格	佐證 文件 頁次	是否符合 規格
1	四用氣體偵測器	1.提供光、振動、蜂鳴三重報警功能，讓您有效及時地得到報警信號。 2.經CE、FCC、歐盟實驗認可，擁有多項國際認證。 3.可進行單一測量或四種氣體同時測量。 4.可查找過去偵測的氣體紀錄及氣體數值。 5.CD背光顯示在暗處也能清晰讀數。 6.可經由軟管將氣體輸入傳感器窗口，使測量更精確。 7.儀器背後附有掛鉤，使攜帶更方便。 8.彩色超大顯示螢幕。		是 ☐ 否 ☐

2	數位振動測試儀	◎振動加速度(O-P)：0.1～199.9m/s ² ◎振動速度(RMS)：0.1～199.9mm/s ◎振動位移(P-P)：1～1999 μm ◎資料保持：鬆開測試按鍵後讀數自動保持 ◎低電壓提示 ◎鬆開測試按鍵後一分鐘之後自動關機		是 ☐ 否 ☐
---	---------	---	--	---

注意事項（如廠商需配合之服務）：

1. 投標廠商需檢附型錄，並標示註明與本表對應之項次，供審標與驗收用。(若為原文產品型錄亦請提供中文產品型錄或說明書。)
2. 提供裝機、測試與操作教學。
3. 安裝地點由校方指定。學校僅提供一次側的水源與電源、其餘由承包廠商自行配水電至學校(申請單位)購置之機器位置。
4. 驗收合格後，完全保固 壹 年。
5. 規格如不清楚以校方解釋為準。
6. 得標廠商需於簽約後 60 (日曆天)內完成交貨。